

## 一、仪器概述

BYWS 智能微水测试仪是本公司最新开发的现代化、高水平、智能型测量仪器。该仪器无论从测量原理、自动化程度、使用的方便性而言都有着同类仪器无法比拟的先进性，特别是采用了欧洲标准技术，确保数据准确可靠。

BYWS 智能微水测试仪测量范围宽、响应时间快、测量周期短，显示直观，操作简便。该仪器适用的领域非常广泛，空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的湿度测量，尤其适合于 SF<sub>6</sub> 气体的湿度测量，电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门均可采用，有着极高的性价比。

## 二、测量原理

BYWS 智能微水测试仪采用了原装进口湿度传感器作为湿度敏感元件。当被测气体中的微量水分进入传感器采样室，水蒸汽被吸附到传感器的微孔中，使其容抗发生变化，传感器将这种变化是进行放大转换成标准线性电信号，通过微处理器加以处理，最后送到液晶屏上显示。

### 1、技术特点

- ★ 快速测量：开机后无须预加热，快速达到露点饱和状态。
- ★ 快速省气：测定时耗气仅 2L（101.2kPa）左右。

- ★ 自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
- ★ 数据存储：采用大容量设计，最多可存储 60 组测试数据。
- ★ 显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。
- ★ 便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。
- ★ 内置电源：内置可充电电池，一次充足可连续工作 8 小时。

## 2、技术参数

- 1、测量范围：-60℃ ~ +20℃（露点）
- 2、测量精度：±4℃（-60℃ ~ -50℃）  
±3℃（-49℃ ~ +20℃）（工作范围）
- 3、测量时间：≤5 分钟/点
- 4、采样流量：600ml/min±20%
- 5、显示方式：液晶显示器、全中文界面、带背光
- 6、电 源：交直两用，充电电池可连续工作 8 小时
- 7、检验方式：开机自校功能
- 8、整机重量：4kg
- 9、整机尺寸：长×宽×高=300mm×300mm×160mm

### 三、仪器面板说明

#### 1、面板




BYWS 智能微水测量仪（不带打印款）



BYWS 智能微水测量仪（带打印款）

注：因产品不断更新，不另行通知，以实物为准，本公司保留最终解释权。

## 2、液晶屏



## 四、测量方法

### 1、连接 SF<sub>6</sub> 设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；

再把测试管道上的快速接头一端插入露点仪上的采样口；

将排气管道连接到出气口。

最后将开关接头与 SF<sub>6</sub> 电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

### 2、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约 20%，请关机充电后继续使用。

### 3、开始测量

首先全部关闭进气管上的流量阀，然后将进气管连接到设备上，连接好设备后将进气管阀门打开听到有出气声后。将进气管快速接口接入仪器“进气口”，打开仪器开始测量 SF<sub>6</sub> 露点。

第一设备测量时间需要 5~10 分钟左右，其后每台设备需要 3 左右分钟。

#### 4、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

#### 5、测量其他设备

一台设备测量后，关闭测量管道上的针型阀和露点仪上的调节阀。将转接头从 SF<sub>6</sub> 电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，请不要关闭仪器电源，按照上面步骤继续测量下一台设备。

#### 6、测量结束

所有设备测量结束后，关闭露点仪电源。

### 五、菜单操作

在测量状态，通过确定键可以进入功能菜单，如图。



#### 1、保存数据

在测量状态，通过长按“确定”键（2 秒）可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单，按“确定”键，进入保存数据页面，保存数据时，可以根据设备进行编号。双击“左”键进入编号设置，设备编号最多为六位，可以通过“上”、“下”键增加数值大小，“左”、“右”键调整数据位数。输入编号后，按“确定”键保存编号，再按“确定”键，（此时等待 2 秒完成保存数据并自动进入功能菜单）。按“返回”键可以返回到实时测量界面。

## 2、查看记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单，按“确定”键，进入查看记录页面。显示时从最后一个被保存的数据开始。可以按“上”、“下”键翻看数据。双击“左”键进入当前数据删除，按“确定”键，可删除当前数据。按“取消”键可以返回上一级，此时不删除数据。

## 3、删除记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单，双击“左”键指向“确定”；确按“确定”键，可删除所有数据，按“取消”键可以返回上一页此时不删除数据。

## 4、参数设置

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，双击“左”键进入，按“上”、“下”键选择修改时间、自动延时开关机、声音、自动欠压开关机等，按“确定”键，进入修改时间页面。通过“上”、“下”键可以增加时间数值，“左”、“右”键可以减小时间数值。输入小时、分钟、秒后，按“确定”键可以转到下一个修改域内。

## 六、注意事项

- ♣ 仪器应放置在安全位置，防止摔坏。避免剧烈震动。
- ♣ 勿测有腐蚀性的气体。
- ♣ 调节气体流量时，流量阀应缓慢打开，使流量指示在 0.5 升/分钟左右。
- ♣ 仪器使用前，应及时充电。充电时只需将电源线接入充电孔

(DC 输入)，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要 10 个小时以上。

## 七、质保证书


我公司生产的所有仪器设备实行保修，保修期是从发货之日起一年，在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换，用户附带生产的其他费用，如运输费用等由用户自己承担，由下列情况造成的损失，将不负任何修理费用：

- 1、 由于疏忽大意，不按操作规程操作，而导致设备的损坏。
- 2、 不经同意，自行拆动设备，更换零部件引起的损坏。
- 3、 由于运输或其他搬运过程中，处理不当而引起的损失。

### 附 录：(六氟化硫断路器含水量测量要求)

测 试 内 容	标准 ( $\mu\text{l/l}$ , 20℃)
六氟化硫断路器出厂和大修中（整体装复以前）应分别测量开断单元和支柱单元水份值。	$\leq 150$
交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。	$\leq 150$
运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。	$\leq 200$
运行中，必要时（开断单元漏气、解体过开断单元）六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。	$\leq 300$


六氟化硫断路器 SF<sub>6</sub> 气体微量水份曲线图



图：水份含量--温度曲线

- 1、交接试验时 SF<sub>6</sub> 气体允许含水量--温度曲线
- 2、断路器运行中 SF<sub>6</sub> 气体允许含水量--温度曲线

## 微水测试仪校准方法



**仪器校准方法：**首先长按“上键”或“下键”，大约3分钟等出现以上界面，再按左右键，选择要调试项目，通过上下键调节参数到标准值。

